

Τεχνικές προδιαγραφές

1. Μάσκα εισπνοών φαρμακευτικού διαλύματος (ΤΥΠΟΥ MICRO-NEB) **για παιδιά**. Ανατομικού σχήματος-μήκους του σωλήνα 2m + ατομικά συσκευασμένη. (ΜΑΣΚΕΣ ΕΙΣΠΝΟΩΝ ΦΑΡΜ.ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ MICRO-NEB ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ (NEBULISER) ΠΑΙΔΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ, ΚΑΘΑΡΟ, ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ, ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ, ΜΕ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ (ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ). ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ, ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΞΟΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
2. **ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 18 G** Το υλικό κατασκευής του φλεβοκαθετήρα να είναι να είναι από υλικό πολυουρεθάνη χωρίς πρόσθετα π.χ. κερι, πλαστικά , σταθεροποιητές , ως το πλέον βιοσυμβατό υλικό με τον ανθρώπινο οργανισμό και να επιτρέπει την παραμονή στον ασθενή για τουλάχιστον 72 ώρες. 2. Να έχει λεπτά τοιχώματα για να διατηρεί τη μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο , ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες ροής.3. Ο καθετήρας να έχει τέτοιο σχεδιασμό που να εφαρμόσει τέλεια με τον οδηγό στυλεό (βελόνα), ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο συρρίκνωσης του καθετήρα από την εισαγωγή του.4. Η βελόνα να έχει λοξοτόμηση τύπου buck-cut για εύκολη πρόσβαση στη φλέβα και ελάχιστου τραυματισμού αυτής.5. Να διαθέτει βαλβίδα έγχυσης με εγκοπή LL(louer lock) προς αποφυγή παλινδρόμησης των υγρών και δυνατότητα παροχής σκευασμάτων και ορών χωρίς τη χρήση βελόνας. Η βαλβίδα να δέχεται σύριγγες με ρύγχη LL & LS(Louer Slip). 6. Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος , επιβεβαιώνοντας την επιτυχή φλεβοκέντηση. 7. να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των αντίστοιχων στυλεών - obturator, για αποφυγή συνεχούς ηπαρινισμού του φλεβοκαθετήρα.. 8. να διαθέτει πτερύγια στήριξης.9. Να είναι ακτινοσκοικοί.10. Να είναι αποστειρωμένοι με ΕΤΟ (οξειδίο του Αιθυλενίου) με 5 έτη διάρκεια της αποστείρωσης. 11. Η συσκευασία επικερωμένο χαρτί για αποφυγή ρινισμάτων στον καθετήρα , κατά την διάρκεια ανοίγματος της συσκευασίας.12. Η κατασκευή του να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρει πιστοποίηση CE **ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 18G** Το υλικό κατασκευής του φλεβοκαθετήρα να είναι να είναι από υλικό πολυουρεθάνη χωρίς πρόσθετα π.χ. κερι, πλαστικά , σταθεροποιητές , ως το πλέον βιοσυμβατό υλικό με τον ανθρώπινο οργανισμό και να επιτρέπει την παραμονή στον ασθενή για τουλάχιστον 72 ώρες. 2. Να έχει λεπτά τοιχώματα για να διατηρεί τη μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο , ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες ροής.3. Ο καθετήρας να έχει τέτοιο σχεδιασμό που να εφαρμόσει τέλεια με τον οδηγό στυλεό (βελόνα), ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο συρρίκνωσης του καθετήρα από την εισαγωγή του.4. Η βελόνα να έχει λοξοτόμηση τύπου buck-cut για εύκολη πρόσβαση στη φλέβα και ελάχιστου τραυματισμού αυτής.5. Να διαθέτει βαλβίδα έγχυσης με εγκοπή LL(louer lock) προς αποφυγή παλινδρόμησης των υγρών και δυνατότητα παροχής σκευασμάτων και ορών χωρίς τη χρήση βελόνας. Η βαλβίδα να δέχεται σύριγγες με ρύγχη LL & LS(Louer Slip). 6. Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος , επιβεβαιώνοντας την επιτυχή φλεβοκέντηση. 7. να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των αντίστοιχων στυλεών - obturator, για αποφυγή συνεχούς ηπαρινισμού του φλεβοκαθετήρα.. 8. να διαθέτει πτερύγια στήριξης.9. Να είναι ακτινοσκοικοί.10. Να είναι αποστειρωμένοι με ΕΤΟ (οξειδίο του Αιθυλενίου) με 5 έτη διάρκεια της αποστείρωσης. 11. Η συσκευασία επικερωμένο χαρτί για αποφυγή ρινισμάτων στον καθετήρα , κατά την διάρκεια ανοίγματος της συσκευασίας.12. Η κατασκευή του να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρει πιστοποίηση CE
3. ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ

4. ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΚΕ,ΑΠΟ ΑΝΑΚΥ-ΚΛΩΜΕΝΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΜΡ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΡΟΔΙΑΛΥΤΕΣ-ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΥΓΡΩΝ, ΑΝΘΕ- ΚΤΙΚΕΣ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 400-500CC

5. ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ "EXTRA LARGE" "LARGE".

Να είναι φτιαγμένες από υφασμένο ύφασμα,να επιτρέπουν στο σώμα να αναπνέει.

6. ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ.

ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ , ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΚΡΟ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.

7. ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο11
ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ

ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΛΑΜΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΕΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO

8. ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο15
ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ

ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΛΑΜΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΕΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO

9. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ,ΝΟ 11 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ,ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΛΑΜΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΕΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO

10. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΝΟ 20 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ Ε- ΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΔΙ- ΑΡΚΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟ- ΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΛΑΜΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΕΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO
11. ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ-ΒΑΜΒΑΚΟΣ 220X120cm. Τριών στρωμάτων (βαμβακερό, αλουμίνιο, πλαστικό) για προστασία από υποθερμία, από μονωτικό υλικό, ακτινοδιαπερατή, μη αγωγήμη και αντιστατική, με λαιμόκοψη.
12. ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
- Το φορητό οξύμετρο να είναι ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας LED
 - εφαρμοζόμενο στο δάκτυλο, χωρίς καλώδιο, με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:
 - 1. Βάρος: να αναφερθεί, θα εκτιμηθεί το μικρότερο δυνατό, τουλάχιστον ≤ 90 gr μαζί με τη μπαταρία
 - 2. Διαστάσεις: να αναφερθούν, θα εκτιμηθούν οι μικρότερες δυνατές
 - 3. Λειτουργία: με αλκαλικές μπαταρίες, η αντικατάστασή τους να γίνεται εύκολα από μη εξειδικευμένο προσωπικό
 - 4. Αυτονομία μπαταριών: να αναφερθεί, θα εκτιμηθεί η μεγαλύτερη δυνατή
 - 5. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: με οπτικό και ηχητικό alarm
 - 6. Αυτόματο κλείσιμο της συσκευής
 - 7. Τεχνολογία: να αναφερθεί η τεχνολογία μέτρησης
 - 8. Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου:
 - Ψηφιακή ένδειξη %
 - Με εύρος μέτρησης κορεσμού: να αναφερθεί, θα εκτιμηθεί το μεγαλύτερο δυνατό
 - Ακρίβεια μέτρησης: να αναφερθεί, θα εκτιμηθεί η μικρότερη δυνατή
 - απόκλιση, τουλάχιστον $\leq \pm 2\%$
 - 9. Μέτρηση καρδιακού ρυθμού:
 - Ψηφιακή ένδειξη
 - Εύρος μέτρησης: τουλάχιστον 25-240 bpm
 - Ακρίβεια μέτρησης: να αναφερθεί, θα εκτιμηθεί η μικρότερη δυνατή
 - απόκλιση, τουλάχιστον $\leq \pm 3\%$
 - Ένδειξη σε μπάρα ή κυματομορφή
 - 10. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους, εάν ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης
 - 11. Να συνοδεύεται από κορδόνι συγκράτησης και θήκη για εύκολη και ασφαλή μεταφορά.
 - 12. Να αναφερθούν επιπλέον χαρακτηριστικά της συσκευής
 - 13. Εγγύηση: δύο (2) ετών
 - 14. Να φέρει CE: να κατατεθεί
 - 15. Να αναφερθούν τα πρότυπα με τα οποία συμμορφώνεται
 - 16. Η προσφορά να συνοδεύεται από έντυπο του κατασκευαστικού οίκου

Για τα είδη 7,8,9,10 να κατατεθούν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών.