

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### 1. ΚΥΚΛ.ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΣΕΤ ΚΥΚΛ. ΑΝΑΙΣΘ. ΤΥΠΟΥ Υ) (2405-0003216)

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΣΕΤ ΚΥΚΛ. ΑΝΑΙΣΘ. ΤΥΠΟΥ Υ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. • ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 2 ΣΩΛΗΝΕΣ 45-200 cm ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ + ΓΩΝΙΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΤΑΙ). ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ. • ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΩΛΗΝΑ 35-150cmΓΙΑ ΑΣΚΟ • ΜΕ ΑΣΚΟ 2 lt ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΛΙΤΡΑ • ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΥΘΥ ΑΣΚΟΥ • ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ • ΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΡΡΟΕΣ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ Latex-free, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

### 2. ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ (2405-0006504)

Το φορητό οξύμετρο να είναι ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας LED εφαρμοζόμενο στο δάκτυλο, χωρίς καλώδιο, με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Βάρος: να αναφερθεί, θα εκτιμηθεί το μικρότερο δυνατό, τουλάχιστον  $\leq 90$  gr μαζί με τη μπαταρία 2. Διαστάσεις: να αναφερθούν, θα εκτιμηθούν οι μικρότερες δυνατές 3. Λειτουργία: με αλκαλικές μπαταρίες, η αντικατάστασή τους να γίνεται εύκολα από μη εξειδικευμένο προσωπικό 4. Αυτονομία μπαταριών: να αναφερθεί, θα εκτιμηθεί η μεγαλύτερη δυνατή 5. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: με οπτικό και ηχητικό alarm 6. Αυτόματο κλείσιμο της συσκευής 7. Τεχνολογία: να αναφερθεί η τεχνολογία μέτρησης 8. Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου: • Ψηφιακή ένδειξη % • Με εύρος μέτρησης κορεσμού: να αναφερθεί, θα εκτιμηθεί το μεγαλύτερο δυνατό • Ακρίβεια μέτρησης: να αναφερθεί, θα εκτιμηθεί η μικρότερη δυνατή απόκλιση, τουλάχιστον  $\leq \pm 2\%$  9. Μέτρηση καρδιακού ρυθμού: • Ψηφιακή ένδειξη • Εύρος μέτρησης: τουλάχιστον 25-240 bpm • Ακρίβεια μέτρησης: να αναφερθεί, θα εκτιμηθεί η μικρότερη δυνατή απόκλιση, τουλάχιστον  $\leq \pm 3\%$  • Ένδειξη σε μπάρα ή κυματομορφή 10. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους, εάν ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης 11. Να συνοδεύεται από κορδόνι συγκράτησης και θήκη για εύκολη και ασφαλή μεταφορά. 12. Να αναφερθούν επιπλέον χαρακτηριστικά της συσκευής 13. Εγγύηση: δύο (2) ετών 14. Να φέρει CE: να κατατεθεί 15. Να αναφερθούν τα πρότυπα με τα οποία συμμορφώνεται 16. Η προσφορά να συνοδεύεται από έντυπο του κατασκευαστικού οίκου

### 3. ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 5LT (2405-0002287)

Νατράσβεστος 5LT αποτελούμενος από ειδικά επεξεργασμένες σκληρές σφαίρες περίπου 3-4mm που ελαχιστοποιούν την δημιουργία σκόνης, να αλλάζει χρώμα με την παρουσία διοξειδίου άνθρακα. Σε συσκευασία 5Kg.

### 4. ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΤΥΠΟΥ PAMPERS 90X180cm (2502-0006529)

Μιας χρήσης, άριστης στεγανότητας και απορροφητικότητας. Τριών στρωμάτων:

1. Το επάνω μέρος να είναι υποαλλεργικό (non woven), φιλικό στο δέρμα και να διατηρεί την επιδερμίδα στεγνή.
2. Ο πυρήνας να είναι υπεραπορροφητικός.
3. Το κάτω μέρος να είναι ανθεκτικό από αδιάβροχη αντιολισθητική μεμβράνη, που δεν επιτέπει τη διαφυγή της υγρασία

#### **5. ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΑΠΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (2405-0003206)**

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΑΠΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ - ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΛ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΣΕΠΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΜΙΣΟΥ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΛ.

#### **6. ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (2502-0006004)**

**ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ:** ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΜΡ, ΚΑΤΑΜΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 400-500CC. Να είναι φτιαγμένες από υφασμένο ύφασμα, να επιτρέπουν στο σώμα να αναπνέει.

### **ΓΕΝΙΚΑ**

- Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς.
  - Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.
  - Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:
    - η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.
    - Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής
    - Υλικό κατασκευής
    - Μέγεθος
    - Η ένδειξη « ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» και ο τρόπος αποστείρωσης
    - Αριθμός παρτίδας
    - Σήμανση CE
  - Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ.
  - Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003)
- Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.
- Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτήν της παραγωγής.
  - Να κατατεθεί με την προσφορά ΔΕΙΓΜΑ όπου απαιτείται, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του δ/μού.
  - Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.
  - Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται

ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

-Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος :

A. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας

B. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους

Γ. την συσκευασία

Δ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ

Η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα ελληνικά δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/ έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των διαδικασιών ή σε πιθανή ανάκληση/ απόσυρση προϊόντος ή μετά από συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήστη.